

平成 27 年 10 月 14 日

## 川本産業株式会社製医療用ガーゼ等の使用について

地方独立行政法人大阪府立病院機構

理事長 遠山 正彌

平成 27 年 10 月 13 日に報道がありました、川本産業株式会社で製造している医療用ガーゼ等の滅菌工程に不備が見つかり対象製品を自主回収している件につきましては、当機構の病院において、該当製品の使用実績がありましたことをご報告いたします。詳細については確認中ですが、安全性確保のため、次のとおり対応します。

なお、現在（10 月 14 日時点）のところ、この件につき、健康被害に該当する事例の報告はありません。

### 1 各センターの川本産業製品納入実績

センター名	納入実績（27 年 4 月～8 月）※	
急性期・総合医療センター	92 品目	7,041 品購入
呼吸器・アレルギー医療センター	44 品目	5,481 品購入
精神医療センター	4 品目	206 品購入
成人病センター	104 品目	7,414 品購入
母子保健総合医療センター	96 品目	6,032 品購入

※納入実績は自主回収製品以外の川本産業製品含む

### 2 納入済製品の取扱い

川本産業株式会社として「出荷済製品の滅菌を確約できない」とのことであり、現在、各センターに納入済の製品については、当分の間、次のいずれかの対応を行います。

- ①使用を停止し、他製品で代替
- ②各センターで再滅菌処理を施したうえで、使用

以上