

大阪府立成人病センター 整備事業

付属資料11 調達・移設備品等リスト
付属資料12 大型医療機器等リスト
に対する再質問等への回答

平成24年8月15日

地方独立行政法人 大阪府立病院機構

No	該当箇所	質問	回答
1	移転引越スケジュール	「入札説明書等に対する再質問等への回答」16/26(頁)No.5において、平成29年2月下旬～3月31日：移転引越とありますが、現病院の運営に支障がないものは平成29年2月以前に移転引越することは可能と理解してよいのでしょうか。	移転引越業務の詳細な日程は協議をして決定します。
2	配布資料について	配布されました付属資料1 1、1 2に表紙がありません。配布頂けますでしょうか。 また、「備品リスト記載に関する注意事項」とは「付属資料1 1 調達・移設備品等リスト」「付属資料1 2 調達・移設大型機器等リスト」に共通のものとの理解でよろしいのでしょうか。	前段については、ご意見を踏まえて作成致しました。 後段については、ご理解の通りです。 「備品リスト記載に関する注意事項」の表題を修正しました。
3	付属資料11、12のSPCが調達する什器備品	付属資料11、12の什器備品については、様式6-16 bで「Microsoft Excelの様式に記入すること。」とありますが、エクセル版様式集及び記載要領様式に当該シートがありませんが、いつ頃公表されるのでしょうか。 また、公表されるMicrosoft Excelの様式は、平成24年7月18日の様式集の質疑回答No. 90の様式集6-16 b (2) 備品調達費内訳は「備品ごとではなく部門ごとに提案金額を記載して頂くこととします」と書かれているため、単価記載の欄がなくなり、部門ごとに提案金額を一式で記載するという理解でよろしいのでしょうか。	前段については、ご意見を踏まえて作成致しました。 後段については、付属資料ごとの金額を記載して下さい。ただし、調達区分が「建設工事」になっているものについては、本様式への記載は必要で、費用は入札価格には含まれますが、本様式の「付属資料ごと合計額」には含めないで下さい。なお、落札者決定後には、内訳明細の提出を求めます。

No.	該当箇所					質問	回答
	付属資料	部門	機能区分	備品名	新成人病センター設置室名		
1	11-01	外来部門	泌尿器科	ベッドパン ウォッシャー	洗浄室 (泌尿器科)	当該備品は病院調達となっていますが、付属資料11-02内の汚物処理室にある同備品は建設工事によるSPC調達となっています。同等品であれば、建設工事が伴うことから、汚物処理室同様SPCによる調達の間違いでしょうか。	ご理解の通りです。付属資料11を修正しました。
2	11-01	外来部門	医事課	発券機他	医事課 総合受付・会計	回答6/39(頁) No.1, 2, 5において、移設をSPC、病院どちらで行うかについて食い違いがあります。「各種システムに係る端末等は含まない」という理解のもと、発券機、POSシステム、掲示板制御端末、自動支払機制御端末、再来受付機、自動精算機、会計番号表示板については、医療情報システムの端末であり、病院側での移設という理解でよろしいでしょうか。	ご理解の通りです。付属資料11を修正いたしました。
3	11-02	病棟部門	一般病床	諸室シートとの整合		諸室シートNo. 128, 129にシーリングコラムを配置するとありますが、調達・移設備品等リストには表記がありません。調達区分、備品の取扱いの別、メーカー名、型番をご指示ください。また、設置のための付帯工事については建設工事と考えればよろしいでしょうか	シーリングコラムやシーリングアームについては、建設工事で設置する機器と考えており、調達・移設備品等リストには記載しておりません。SPCが建設工事として適切と思われる機種を設置して下さい。
4	11-05	手術部門	中央手術科	追加項目全般		メーカー名および型番をご指示ください	ご意見を踏まえて、无影灯、手術用ベッドなどについて、メーカー名、型番を追記いたしました。その他については、適切と思われる機種を設置して下さい。
5	11-05	手術部門	中央手術科	温蔵庫（壁埋込式検討）他		壁埋込式検討の「検討」の位置づけを御教示ください。壁埋込式採用の有無で、評価が異なるのでしょうか。	壁埋込式として下さい。付属資料11を修正いたしました。

No.	該当箇所					質問	回答
	付属資料	部門	機能区分	備品名	新成人病センター設置室名		
6	11-05	手術部門	中央手術科	諸室シートとの整合		諸室シートNo. 401, 402, 403にシーリングコラム、シーリングアームを配置するとありますが、調達・移設備品等リストには表記がありません。調達区分、備品の取扱いの別、メーカー名、型番をご指示ください。 また、設置のための付帯工事については建設工事と考えればよろしいでしょうか。	質問N03をご参照下さい。
7	12-05	手術部門	中央手術科	血管造影装置用 コンソール、モニター、 画像録画ビデオ、 検査室内観察モニター	操作室（ハイブリッド手術用）	要求水準書（Ⅱ施設整備編）19ページの備品等調達業務の対象に「『付属資料11調達・移設備品等リスト』において、調達に分類された備品、医療機器とあります」ため、『付属資料12』に記載されている備品取扱いの別でSPCとあります当該備品は対象範囲ではないとの理解でよろしいでしょうか。なお、これらの当該備品は大型医療機器である血管造影装置（Cアーム）の付属品として調達される、との理解で宜しいでしょうか？	ご理解の通りです。付属資料12はSPCの調達業務の対象ではありません。付属資料12を修正いたしました。
8	12-05	手術部門	中央手術科	手術用ベッド（牽引手術台）、手術用ベッド補助具、手術用ベッド付属品収納棚	手術器材室	要求水準書（Ⅱ施設整備編）19ページの備品等調達業務の対象に「『付属資料11調達・移設備品等リスト』において、調達に分類された備品、医療機器とあります」ため、『付属資料12』に記載されている備品取扱いの別でSPCとあります当該備品は対象範囲ではないとの理解でよろしいでしょうか。	ご理解の通りです。付属資料12はSPCの調達業務の対象ではありません。 なお、ご指摘の備品については、SPC調達となるため、付属資料11に移動しました。
9	12-05	手術部門	中央手術科	血管造影装置用 コンソール	操作室（ハイブリッド手術用）	メーカー名、型番をご指示ください。	質問N07をご参照下さい。
10	12-05	手術部門	中央手術科	血管造影装置用 モニター	操作室（ハイブリッド手術用）	メーカー名、型番をご指示ください。	質問N07をご参照下さい。
11	12-05	手術部門	中央手術科	画像録画ビデオ	操作室（ハイブリッド手術用）	メーカー名、型番をご指示ください。	質問N07をご参照下さい。
12	12-05	手術部門	中央手術科	検査室内観察モニター	操作室（ハイブリッド手術用）	メーカー名、型番をご指示ください。	質問N07をご参照下さい。

No.	該当箇所					質問	回答
	付属資料	部門	機能区分	備品名	新成人病センター設置室名		
13	12-05	手術部門	中央手術科	手術用ベッド (牽引手術台)	手術器材室	メーカー名、型番をご指示ください。	質問N08をご参照下さい。
14	12-05	手術部門	中央手術科	手術用ベッド補助具	手術器材室	メーカー名、型番をご指示ください。	質問N08をご参照下さい。
15	12-05	手術部門	中央手術科	手術用ベッド付属品収納棚	手術器材室	メーカー名、型番をご指示ください。	質問N08をご参照下さい。
16	12-05	手術部門	中央滅菌室	全自動医用超音波洗浄装置、超音波レベレーション洗浄器、ジェットウォッシャー、上記コンプレッサー、ステラッド100S (滅菌機)	未消毒室 (洗浄エリア)	<p>当該備品は、大型医療機器として付属資料12-05に記載されていますが、付属資料11-05に記載されている滅菌器同様に洗浄機械設備のように思われますが、間違いはないでしょうか。</p> <p>なお、付属資料11-05及び12-05のいずれにもステラッドが記載されていますが、上記記載のとおり、付属資料12-05ではなく、付属資料11-05で建設工事として設置するとの理解でよろしいでしょうか。</p>	ご理解の通りです。付属資料11及び12を修正しました。

No.	該当箇所					意見	回答
	付属資料	部門	機能区分	備品名	新成人病センター設置室名		
1	—				SPC調達備品等のうち、建設工事と区分されているものについて	<p>再配付されました付属資料11の調達・移設備品等リストのうち、建設工事と区分されているものについては、イニシャルとして調達することをSPCの業務とすることについては、特段意見はございません。</p> <p>しかしながら、その中の備品のうち、直接的に医療行為に関係すると思われる、明らかな医療機器・設備と思われるものにつきましては、維持管理業務は病院様側の負担とすべく、調達区分を什器備品として頂けないでしょうか。</p> <p>別添のEXCELファイルに行毎に赤く塗り潰しました。何卒ご配慮方宜しくお願い申し上げます。</p> <p>(直接的に医療行為に関係する医療機器・設備の維持管理業務は、SPCでコントロールするのが困難であり、リスクがあるため、病院様側でご負担頂ければと思っております)</p>	原案の通りとします。