

別途配布資料(付属資料11 調達・移設備品等リスト、付属資料12 大型医療機器等リスト)に対する質問等への回答

正誤表

平成24年7月20日付で、別途配布資料(付属資料11 調達・移設備品等リスト、付属資料12 大型医療機器等リスト)に対する質問等への回答を公表させていただきましたが、一部の回答が誤っておりまして、下記のとおり修正します。

全体への質問				
No	該当箇所	質問	平成24年7月20日付回答	平成24年7月23日付修正回答
1	SPCにて移設する備品について	備品の取り扱いの別において移設に が付けられている物は、全てSPCにて移設を行うとの理解でよろしいでしょうか。	ご理解の通りです。	ご理解の通りです。ただし、大型医療機器(リニアック)の移設のみ病院で行います。

No	該当箇所				質問	平成24年7月20日付回答	平成24年7月23日付修正回答
	部門	機能区分	備品名	新成人病センター設置室名			
付属資料11-1							
4	外来部門	医事課(入院会計)	流し台	医事課(入院会計)	諸室シートの医事課には流し台がありませんでしたが、追加ということでしょうか。それとも給湯室に設ける流しを示していると考えてよいでしょうか	ご理解の通りです。	隣接する給湯室に設ける流しを示しております。
6	外来部門	医事G	駐車場事前精算機	エントランス	同様に、駐車場事前精算機等も「各種システムに係る端末等の移設は病院が行う」との理解に基づき、移設(解体・移設・復旧・調整)を病院が実施するとの理解で宜しいでしょうか。	ご理解の通りですが、設計協議でご協力をお願いする場合がございます。	精算機本体を支給するので、設置については、SPC業務としてお願いいたします。詳細については、7月18日公表の「参考資料11 共同駐車場計画概要」を確認願います。
7	外来部門	医事G	掲示板	エントランス	掲示板 電光掲示板に変更、とありますが、制御するシステムが外来番号などと連携することになるため、同掲示板(電光掲示板)は医療情報システム側(病院様)の整備とした方が効率がよいと判断しますが、その判断でよいですか。	掲示板は備品リストの通りSPC調達です。エントランスに設置する電光掲示板については、院内案内等を掲示することを想定しており、医療情報システムと連携するものではありません。	掲示板は備品リストの通りSPC調達です。エントランスに設置する電光掲示板については、院内案内等を掲示することを想定しており、医療情報システムと連携するものではありません。
付属資料11-3							
9	中央診療部門	放射線診断科(TV)	CRコンソール操作卓	胸部操作室(胸部、一般)	備品の取り扱いの別について、画像記録装置は「移設」、CRコンソール操作卓は「SPC」となっているが、画像診断装置とともに「移設」という理解で宜しいでしょうか。	可能な限り一体的な装置でお願いします。	「備品の取り扱いの別」を修正しました。備品リストをご確認下さい。
17	中央診療部門	放射線診断科(アンギオ)	検査室内観察モニター	操作室(心臓カテ)	SPCにて調達となっております数量2のモニターですが、「更新又は新規の場合」の「型番」欄に「装置と一体購入」と書かれていますが、どのような内容と考えればよろしいでしょうか。	アンギオ装置に付属する備品で、装置と一体購入とします。	アンギオ装置に付属する備品で、装置と一体購入とします。なお、備品リスト12-13に移動しました。
18	中央診療部門	放射線診断科(アンギオ)	検査室内観察モニター	操作室(汎用アンギオ)	SPCにて調達となっております数量2のモニターですが、「更新又は新規の場合」の「型番」欄に「装置と一体購入」と書かれていますが、どのような内容と考えればよろしいでしょうか。	アンギオ装置に付属する備品で、装置と一体購入とします。	アンギオ装置に付属する備品で、装置と一体購入とします。なお、備品リスト12-13に移動しました。
20	中央診療部門	放射線治療科(アンギオ)	検査室内観察モニター	操作室(汎用アンギオ)	備品の取り扱いの別について、観察モニターは「SPC」、型番に「装置と一体購入」となっているが、一体購入であれば病院調達品目との理解で宜しいでしょうか。	アンギオ装置と一体購入とします。	アンギオ装置と一体購入とします。なお、備品リスト12-13に移動しました。
付属資料11-5							
18	手術部門	中央滅菌室	在庫管理コンピュータ-付パ-チカルセルコンテナ用	既消毒保管室	同様に備品の取り扱いの別について、在庫管理コンピュータ付パ-チカルセルコンテナ用は「SPC」となっているが、具体的に何を指示かをご指示下さい。	「メーカー名」「型番」及び「備考」に必要な仕様を追記しました。備品リストをご確認下さい。	項目を削除しました。備品リストをご確認下さい。

No	該当箇所				質問	平成24年7月20日付回答	平成24年7月23日付修正回答
	部門	機能区分	備品名	新成人病センター設置室名			
付属資料11-5							
20	手術部門	中央滅菌室	在庫管理コンピュータ-付パ-チカルセルコンテナ用	既消毒保管室	数量をご指示下さい。	「数量」を追記しました。備品リストをご確認下さい。	項目を削除しました。備品リストをご確認下さい。
21	手術部門	中央滅菌室	在庫管理コンピュータ-付パ-チカルセルコンテナ用	既消毒保管室	新病院における取扱方針において、新規機種メーカー名等の記載がなく、現有品についても記載がありません。仕様をお示し下さい。保管コンテナ数をお示し下さい。	「メーカー名」「型番」及び「備考」に必要な仕様を追記しました。備品リストをご確認下さい。	項目を削除しました。備品リストをご確認下さい。
付属資料12-3							
6	中央診療部門	放射線診断科(CT)	全身用X線CT装置	CT室(2)	電源400V/283kVAと記載されていますが、容量(283kVA)に間違いはないでしょうか。電圧400V機器には大容量と思われます。	三相400V電源、電源容量(283kVA)です。3管球搭載装置を考慮しています。	三相400V電源、電源容量(283kVA)です。2管球搭載装置を考慮しています。